


Brochure produit

05.09.2026

SAUTER CO 2000-Y2

Cellule de mesure bouton miniature en inoxydable


FRANÇAIS




CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



EXEMPLE D'APPLICATION



CARACTÉRISTIQUES

- Haute précision (erreur combinée 0,5% F.S.)
- Domaine d'application : applications de traction et de pression, mesures de la masse et de la force
- Convient aux mesure du poids et de force et des bancs d'essai de force

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Recherche et développement
- Construction mécanique et matériel d'essai
- Industrie automobile et équipementière
- Technique médicale et biomécanique
- Matériel d'étalonnage et construction d'instruments de contrôle

PICTOGRAMMES

De série



Option



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Plague de mesure [Max]
CO 10-Y2	10 kg	100 N

Modèle	Portée [Max]	Plaque de mesure [Max]
CO 20-Y2	20 kg	200 N
CO 50-Y2	50 kg	500 N
CO 100-Y2	100 kg	1 kN
CO 200-Y2	200 kg	2 kN
CO 500-Y2	500 kg	5 kN
CO 1000-Y2	1000 kg	10 kN
CO 2000-Y2	2000 kg	20 kN

ACCESSOIRES

Modèle	Description
AFM 13	Adaptateur AFM 13 (Trou fileté M12 Filetage mâle M6)
AFM 15	Adaptateur AFM 15 (Trou fileté M12 Trou fileté M6)
FS 405	Connecteur pour cellule de mesure FS monté & ajusté jusqu'à 20 kN FS 405
FS TKZ	Affaire de transport FS TKZ

SERVICES

Modèle	Description
961-164	Certificat d'étalonnage usine 961-164 (direction de force traction 5 kN – 20 kN unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage KERN)
961-164V	Certificat d'étalonnage usine 961-164V (traction mV/V)
961-264	Certificat d'étalonnage usine 961-264 (direction de force compression 5 kN – 20 kN unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage KERN)
961-364	Certificat d'étalonnage usine 961-364 (direction de force traction, compression 5 kN – 20 kN unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage KERN)
961-364V	Certificat d'étalonnage usine 961-364V (traction, compression mV/V)
963-164	Certificat d'étalonnage DAkS 963-164 (direction de force traction 5 kN – 20 kN unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-264	Certificat d'étalonnage DAkS 963-264 (direction de force compression 5 kN – 20 kN unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-364	Certificat d'étalonnage DAkS 963-364 (direction de force traction, compression 5 kN – 20 kN unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
965-414	Assemblage des composants 965-414 (> 1500 kg - 2900 kg)
970-015	Extension de garantie (+3 ans) 970-015

Aperçu des pictogrammes KERN



Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables