PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CO 10-Y4

Cellule de mesure bouton miniature en inoxydable

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EXEMPLE D'APPLICATION

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES

- Haute précision (erreur combinée 0,5% F.S.)
- Domaine d’application : Mesures de la force de compression
- Convient aux mesure du poids et de force et des bancs d’essai de force

PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION

- Recherche et développement
- Construction mécanique et matériel d'essai
- Industrie automobile et équipementière
- Technique médicale et biomécanique
- Matériel d'étalonnage et construction d’instruments de contrôle

PICTOGRAMMES

De série

Option

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Plague de mesure [Max]
CO 5-Y4	5 kg	50 N

Modèle	Portée [Max]	Plague de mesure [Max]
CO 10-Y4	10 kg	100 N

ACCESSOIRES

Modèle	Description
FS 402	Connecteur pour cellule de mesure FS monté & ajusté jusqu'à 500 N FS 402
FS TKZ	Affaire de transport FS TKZ

SERVICES

Modèle	Description
961-261	Certifcat d‘étalonnage usine 961-261 (compression | N)
963-261	Certificat d’étalonnage DAkkS 963-261 (direction de force compression | unité résultat de mesure N | procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-261IV	Certificat d’étalonnage DAkkS 963-261IV (direction de force compression | unité résultat de mesure mV/V | procédure d'étalonnage ISO 376)
963-261V	Certificat d’étalonnage DAkkS 963-261V (direction de force compression | unité résultat de mesure mV/V | procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
965-411	Assemblage des composants 965-411 (< 50kg)
970-014	Extension de garantie (+3 ans) 970-014

FRANÇAIS

Aperçu des pictogrammes KERN

IP 67	Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67
1 DAY	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
	Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables
DAkkS	Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables

FRANÇAIS