PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CR 130-3P1

Dynamomètre en acier inoxydable

FRANÇAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTÉRISTIQUES

- Domaine d'application : Mesure du poids et des forces de compression
- Convient aux balances pour véhicules, aux balances pour charges suspendues, aux balances silo et à diverses autres balances, bancs d'essai, etc.

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Industrie et fabrication
- Agriculture
- Bancs d'essai

PICTOGRAMMES

De série

Option

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Plague de mesure [Max]
CR 60-3P1	60 kg	600 N
CR 130-3P1	130 kg	1,3 kN
CR 250-3P1	250 kg	2,5 kN
CR 500-3P1	500 kg	5 kN
CR 2000-3P1	2000 kg	20 kN

ACCESSOIRES

Modèle	Description
CJ P2	Boîte de jonction CJ P2, Nombre d'options de connexion : 2, aluminium,
CJ P4	Boîte de jonction CJ P4, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Boîte de jonction CJ P4PG, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
CJ X467	Boîte de jonction CJ X467, Nombre d'options de connexion : 4, acier inoxydable,
CJ X468	Boîte de jonction CJ X468, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
FS 403	Connecteur pour cellule de mesure FS monté & ajusté jusqu'à 2 kN FS 403

Modèle	Description
FS TKZ	Affaire de transport FS TKZ

SERVICES

Modèle	Description
963-262	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-262 (direction de force compression | unité résultat de mesure N | procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-262IV	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-262IV (direction de force compression | unité résultat de mesure mV/V | procédure d'étalonnage ISO 376)
963-262V	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-262V (direction de force compression | unité résultat de mesure mV/V | procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
970-101	Extension de garantie (+2 ans) 970-101

Aperçu des pictogrammes KERN

IP 68	Protection contre la poussière et les projections d'eau IP68
4 DAYS	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est de quatre jours
	Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables
DAkkS	Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables

FRANÇAIS