

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CS 7500-3P2

Capteur de pesage/de force « S » en inox

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Domaine d'application : Mesure du poids et des forces de compression
- Convient aux balances pour charges suspendues, aux balances silo, aux bancs d'essai de force et à diverses autres balances

PICTOGRAMMES

De série

Option



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Plaque de mesure [Max]
CS 50-3P2	50 kg	500 N
CS 100-3P2	100 kg	1 kN
CS 250-3P2	250 kg	2,5 kN
CS 500-3P2	500 kg	5 kN
CS 2000-3P2	2000 kg	20 kN
CS 5000-3P2	5000 kg	50 kN
CS 7500-3P2	7500 kg	75 kN

ACCESSOIRES

Modèle	Description
CE RR24	Extrémité de la tige CE RR24
CJ P2	Boîte de jonction CJ P2, Nombre d'options de connexion : 2, aluminium,
CJ P4	Boîte de jonction CJ P4, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium, IP65

Modèle	Description
CJ P4PG	Boîte de jonction CJ P4PG, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
CJ X467	Boîte de jonction CJ X467, Nombre d'options de connexion : 4, acier inoxydable,
CJ X468	Boîte de jonction CJ X468, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
FS 407	Connecteur pour cellule de mesure FS monté & ajusté jusqu'à 120 kN FS 407
YKV-01	Transmetteur de pesage numérique YKV-01

SERVICES

Modèle	Description
961-166	Certificat d'étalonnage usine 961-166 (direction de force traction 51 kN – 120 kN unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage KERN)
961-166V	Certificat d'étalonnage usine 961-166V (traction mV/V)
961-266	Certificat d'étalonnage usine 961-266 (direction de force compression 51 kN – 120 kN unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage KERN)
961-266V	Certificat d'étalonnage usine 961-266V (compression mV/V)
961-366	Certificat d'étalonnage usine 961-366 (direction de force traction, compression 51 kN – 120 kN unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage KERN)
961-366V	Certificat d'étalonnage usine 961-366V (traction, compression mV/V)
963-166	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-166 (direction de force traction 51 kN – 120 kN unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-266	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-266 (direction de force compression 51 kN – 120 kN unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-366	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-366 (direction de force traction, compression 51 kN – 120 kN unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
970-015	Extension de garantie (+3 ans) 970-015

Aperçu des pictogrammes KERN



Protection contre la poussière et les projections d'eau IP68



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables