


Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CO 10-Y5

Capteur de force de traction et pression en inoxydable

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CARACTÉRISTIQUES

- Forme très basse
- Convient aux bancs d'essai, dynamomètres, systèmes d'automatisation, etc.

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Recherche et développement
- Construction mécanique et matériel d'essai
- Industrie automobile et équipementière
- Technique médicale et biomécanique
- Matériel d'étalonnage et construction d'instruments de contrôle

PICTOGRAMMES

De série



Option



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Plaque de mesure [Max]
CO 1-Y5	1 kg	10 N
CO 5-Y5	5 kg	50 N
CO 10-Y5	10 kg	100 N
CO 0.5-Y5	500 g	5 N

ACCESSOIRES

Modèle	Description
FS 402	Connecteur pour cellule de mesure FS monté & ajusté jusqu'à 500 N FS 402
FS TKZ	Affaire de transport FS TKZ

SERVICES

Modèle	Description
961-161	Certificat d'étalonnage usine 961-161 (traction N)

Modèle	Description
961-261	Certificat d'étalonnage usine 961-261 (compression N)
961-361	Certificat d'étalonnage usine 961-361 (traction, compression N)
963-161	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-161 (direction de force traction unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-161IV	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-161IV (direction de force traction unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage ISO 376)
963-161V	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-161V (direction de force traction unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-261	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-261 (direction de force compression unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-261IV	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-261IV (direction de force compression unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage ISO 376)
963-261V	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-261V (direction de force compression unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-361	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-361 (direction de force traction, compression unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-361IV	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-361IV (direction de force traction, compression unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage ISO 376)
963-361V	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-361V (direction de force traction, compression unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
965-411	Assemblage des composants 965-411 (< 50kg)
970-016	Extension de garantie (+3 ans) 970-016

Aperçu des pictogrammes KERN



Protection contre la poussière et les projections d'eau IP66



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables