PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

05.09.2026

KERN KFP 30V30SM

Plateforme : entièrement en inox

FRANÇAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES

- Plateforme : entièrement en inox
- 1 capteur, inox, revêtement silicone, IP67, autorisation OIML R60 pour homologation, classe III, 3000 e
- Niveau à bulle et vis de nivellement de série pour une mise à niveau exacte de la balance ce qui permet d'obtenir des résultats de pesée très précis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions plateforme de pesage L×P×H 300×240×107 mm, inox
- Câble de connexion env. 3 m
- Poids net env. 5,0 kg

PICTOGRAMMES

De série

Factory

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]	Échelon d'homologation [e]	Charge minimale [Min]	Longueur du câble	Dimensions surface de pesée	Poids net env.
KFP 15V30M	15 kg	1 g	5 g	100 g	3 m	300×240 mm	8 kg
KFP 30V30M	30 kg	2 g	10 g	200 g	3 m	400×300 mm	8 kg
KFP 30V30SM	30 kg	2 g	10 g	200 g	3 m	300×240 mm	5,0 kg
KFP 60V30M	60 kg	5 g	20 g	400 g	3 m	400×300 mm	8 kg
KFP 150V30M	150 kg	10 g	50 g	1 kg	3 m	500×400 mm	10 kg
KFP 150V30SM	150 kg	10 g	50 g	1 kg	3 m	400×300 mm	10 kg
KFP 300V30M	300 kg	20 g	100 g	2 kg	3 m	650×500 mm	18 kg

ACCESSOIRES

Modèle	Description
YGR-01	Fiche de terre ESD avec câble de terre YGR-01
YKV-01	Transmetteur de pesage numérique YKV-01
YKV-02	Transmetteur de pesage numérique YKV-02

SERVICES

Modèle	Description
963-128	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-128
965-228	Homologation / Évaluation de la conformité selon NAWI (2014/31/UE) 965-228
965-403	Rallonge de câble 965-403 (< 4 m)
965-404	Rallonge de câble 965-404 (4–7 m)
965-405	Rallonge de câble 965-405 (7–20 m)
965-411	Assemblage des composants 965-411 (< 50kg)
970-102	Extension de garantie (+2 ans) 970-102

Aperçu des pictogrammes KERN

IP 67	Protection contre la poussière et les projections d’eau IP67
1 DAY	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
M	Évaluation de la conformité : la durée de l'évaluation de la conformité est de 3 jours ouvrables